ATTO 基準光源・絶対値計測システム

KohshiFundam（光子ファンダム）
KohshiUni 450/25（光子ユニ450/25）

2026年9月価格改定版







ATTO
SupportingLifeResearch

ATTO 基準光源・絶対値計測システム

技術提供
産総研

※本製品は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所の
技術コンサルティングによる成果を活用しています。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所と技術コンサルティング契約を結び同研究所 計量標準総合センターの積分球式分光放射計で測定した光源（アトー社内標準）を基準にしてアトーの製品（撮影装置、ルミノメーター、基準LED光源など）を校正しています。

基準光源を用いた絶対値計測技術

- ●相対的な輝度値ではなく、光子数としての絶対感度校正をイメージング装置に適用
- ●発光波長（測定波長）を選択すると絶対感度の換算値を自動計算
- ●画像の信頼性を高める「光子数バー」表示機能搭載
- ●光子と相対輝度の切換機能～波長を選択し、フォトン（Photon）をチェックすると光子数表示



CS Analyzer4　光子数バー表示
光子数に変換したイメージを解析すると、積算値（計測値）を Photon 数表示可能です。

絶対値計測校正用　基準光源シリーズ

CCD, CMOS カメラを用いるイメージングシステムは様々な分野で、光電子増倍管（PMT）を利用した発光計測装置は生物化学系の研究分野で広く利用されています。ところが、これらの装置は、検出感度などの性能が変わっていないことをチェックする良い方法がありませんでした。ATTO では、産業技術総合研究所と東京大学物性研究所のご指導により、装置の絶対感度校正と定期感度チェックに利用できる LED 基準光源の開発・製品化に成功しました。装置の測定対象の形状に合わせて、マイクロプレート型光源と 35mm ディッシュ型光源を準備しました。これらの光源の光量は非常に微弱な fW ～ pW と nW ～μ W までの 2 種類があり、用途に応じて光量を選択できます。また、安心してご利用いただけるよう絶対感度校正法などのプロトコールを準備してあります。

マイクロプレート型光源

光子ファンダム PMT用/CCD用

35mmディッシュ型光源

光子ユニ450 PMT用/CCD用

光子ユニ25 CCD用

名称	光子ファンダム PMT 用	光子ファンダム CCD 用	光子ユニ 450 PMT 用	光子ユニ 450 CCD 用	光子ユニ 25 CCD 用
基準光源原器の値付け	◎	◎	◎	◎	◎
ゲル撮影装置 Printgraph 等	–	◎	–	○	–
ケミルミ撮影装置 LuminoGraph 等	○	◎	–	○	–
発光プレートリーダー Phelios 等	◎	–	–	–	–
発光測定装置 Kronos Dio	–	–	◎	–	–
発光測定装置 Kronos HT	–	–	◎	–	–
顕微鏡発光撮影装置 Cellgraph	–	–	–	–	◎
太陽電池評価装置 SCREMS 等	–	–	–	◎	–

◎：最適　○：使用可能　–：未対応

マイクロプレート型 基準光源

WSL-1200 光子ファンダム（PMT 用）（KohshiFundam）
発光プレートリーダー用　基準光源

WSL-1200C 光子ファンダム（CCD 用）（KohshiFundam）
CCD/CMOS イメージングシステム用　基準光源

WEBサイト

- **プレートリーダー用　WSL-1200**
- **CCD/CMOSイメージングシステム用　WSL-1200C**
- **マイクロプレートサイズ**
- **IQOQ用基準光源として**

技術提供 産総研

※本製品は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所の技術コンサルティングによる成果を活用しています。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所と技術コンサルティング契約を結び同研究所 計量標準総合センターの積分球式分光放射計で測定した光源（アトー社内標準）を基準にしてアトーの製品（撮影装置、ルミノメーター、基準LED光源など）を校正しています。

WSL-1200/C 光子ファンダム（KohshiFundam）は、pHメーターを標準溶液で校正するように、光計測装置でも定期的なチェックをするために作られた微弱発光 基準光源です。
ケミルミ撮影装置のように、生物発光や化学発光を利用して微量成分を分析する装置は、目では見ることができないわずかな発光を検出するために利用されています。しかし、このような高感度な装置を定期的にチェックするには、非常に微弱な発光源が必要です。また、最大光量（連続点灯）の発光量（全放射束）がW（J/s）で規定された証明書を発行することができます。
アトーでは、RGB-LEDを使って、定量性に優れたnW～pWレベルの微弱なバリデーション用基準光源・光子ファンダムを産業技術総合研究所の支援を受けて製品化しました。

WSL-1200/C 光子ファンダム

発光色選択
R＝624nm　G＝527nm　B＝470nm

光量選択
1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、
1/64、1/128、1/256、1/512、1/1024

POWER
POWER
電源ON-OFF
一定時間経過後自動OFF

COLOR
COLOR
発光色選択　ボタンを押して切替選択
R＝624nm　G＝527nm　B＝470nm

△
△（アップ）
光量設定
1/1024→1/512→1/256→1/128→1/64→1/32→1/16→1/8→1/4→1/2→1/1

▽
▽（ダウン）
光量設定
1/1→1/2→1/4→1/8→1/16→1/32→1/64→1/128→1/256→1/512→1/1024

名称	WSL-1200 光子ファンダム（PMT用）	WSL-1200C 光子ファンダム（CCD用）
光　源	RGB LED　R： 624nm, G: 527nm, B: 470nm	
光　量	最大約10pW/R,G,B アトー社内標準との比較による実測データ添付	最大約10nW/R,G,B アトー社内標準との比較による実測データ添付
対応装置	発光用プレートリーダー	CCDイメージャー/CMOSイメージャー
光量設定 RGB各色	・1/1（連続点灯）FULL　・OFF ・1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024（PWM制御）	
光放射部	開口径：4mm　　マイクロプレート　E6位置相当	
光量安定性	±1%	
使用環境	温度：15℃～40℃	
寸法・質量	寸法：86mm×128mm×14mm（Nunc社製96穴タイタープレートと同サイズ） 質量：190ｇ（電池含む）	
電池	CR2032　2個	

■ RGB 各色ごとの ON-OFF・光量設定が自在

光子ファンダム（KohshiFundam）は各色毎に光量が設定できます。光計測装置の RGB 感度（赤緑青色感度）のチェックに、2 色を同時点灯させると色識別機能の確認に利用できます。



WSL-1200 光子ファンダム（PMT用）
プレートタイプルミノメーター
AB-2350 Phelios　など

WSL-1200C 光子ファンダム（CCDカメラ用）
イメージング装置　WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM　など

価格

商品コード	型式　名称	入数	価格
3700005	WSL-1200 光子ファンダム (PMT 用)	1 式	465,000円
3700006	WSL-1200C 光子ファンダム (CCD カメラ用)	1 式	465,000円

基準光源の校正は別途お見積もりいたします。詳細はお問い合わせください。

35mmディッシュ型 基準光源

WSL-1230 光子ユニ 450 CCD 用 (KohshiUni 450 CCD)
CCD/CMOS イメージングシステム用　基準光源

WSL-1235 光子ユニ 450 PMT 用 (KohshiUni 450 PMT)
PMT 用　基準光源

WSL-1240 光子ユニ 25 CCD 用 (KohshiUni 25 CCD)
CCD/CMOS 顕微鏡・イメージングシステム用　基準光源

WEBサイト

技術提供 産総研

※本製品は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所の技術コンサルティングによる成果を活用しています。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所と技術コンサルティング契約を結び同研究所 計量標準総合センターの積分球式分光放射計で測定した光源（アトー社内標準）を基準にしてアトーの製品（撮影装置、ルミノメーター、基準LED光源など）を校正しています。

- **PMT用　WSL-1235**
- **CCD/CMOSイメージングシステム用　WSL-1230/1240**
- **直径35mm　ディッシュサイズ**
- **IQOQ用基準光源として**

LED チップを搭載した円筒型の基準光源で 470、530、630、640、850nm の 5 色を準備しました。全放射束が、CCD、CMOS の感度チェックに適した nW ～μ W のタイプと、光電子増倍管（PMT）を用いた発光検出器に適した fW ～ pW のタイプを選択できます。外径は 35mm のディッシュと同じサイズです。開口部(発光部）の径は 4.5mm と 250 μ m の 2 種類を用意しました。KohshiFundam と同様に、最大光量（連続点灯）の発光量（全放射束）が W（J/s）で規定された証明書を発行することができます。
本光源は JST　先端計測分析技術・機器開発プログラム の成果の一部です。

名称	光子ユニ 450 CCD 用（KohshiUni 450 CCD）					光子ユニ 25 CCD 用（KohshiUni 25 CCD）				
型式	WSL-1230-470	WSL-1230-530	WSL-1230-630	WSL-1230-640	WSL-1230-850	WSL-1240-470	WSL-1240-530	WSL-1240-630	WSL-1240-640	WSL-1240-850
中心波長	470nm	530nm	630nm	640nm	850nm	470nm	530nm	630nm	640nm	850nm
開口径	4.5mm					250 μ m				
光量設定	1/1 ～ 1/512　10 ステップ					1/1 ～ 1/512　10 ステップ				
光量安定性	± 2%					± 2%				
使用環境	15 ～ 40℃					15 ～ 40℃				
寸法・質量	径 38mm × 22mm（H）　・　140g（電池含む）					径 38mm × 22mm（H）　・　140g（電池含む）				
電池	CR1220　1 個					CR1220　1 個				

名称	光子ユニ 450 PMT 用（KohshiUni 450 PMT）				
型式	WSL-1235-470	WSL-1235-530	WSL-1235-630	WSL-1235-640	WSL-1235-850
中心波長	470nm	530nm	630nm	640nm	850nm
開口径	4.5mm				
光量設定	1/1 ～ 1/512　10 ステップ				
光量安定性	± 2%				
使用環境	15 ～ 40℃				
寸法・質量	径 38mm × 22mm（H）　・　140g（電池含む）				
電池	CR1220　1 個				

光子ユニ450

光子ユニ25

光源の特性

■ fW ～μ W 光量の LED の基準光源

分析機器の CCD カメラや CMOS カメラの校正用として適した光量は、最大でも μ W と非常に暗いレベルです。分析機器の定量性を評価するには、基準となる光源と、段階的かつ直線的に光量を調節できる必要があります。ATTO の基準光源は、PWM（Pulse Width Modulation）制御によって点灯時間とその周期を変えることで、直線的に光量を制御可能です。分析機器の光電子増倍管（PMT）の校正用・感度チェック用の光量は、最大で pW と更に暗く、最も暗い 1/512 では fW オーダーとなります。



「光子ユニ KohshiUni」の PWM 制御による光量調整

KohshiUni の明るさは、光源の明るさを一定として点灯する時間と 1 周期の時間の比率を変えることで光量を調整しています。全光は常に点灯し、光量を半分にするには 1 周期のうち半分点灯、1/4 にするには 1 周期のうち 1/4 の時間を点灯します。点灯時間と 1 周期の時間を変えることができ、この点灯時間の電流波形を矩形制御することで、光量の直線的な変化を保証することができます。こうして光計測装置の直線性試験にも対応することができるようになりました。



「光子ユニ KohshiUni」に組み込んた LED の光量変化直線性試験

左図は、PWM 制御による LED の相対設定光量（横軸）とフォトダイオード（PhotoDiode）で実測した電流（縦軸）をプロットしたグラフ です。電流と設定光量に良好な直線関係が確認できます。

価格

商品コード	型式　名称	入数	価格
3700030	WSL-1230-470 光子ユニ 450 CCD 用　（470nm）	1 式	438,000円
3700031	WSL-1230-530 光子ユニ 450 CCD 用　（530nm）	1 式	438,000円
3700032	WSL-1230-630 光子ユニ 450 CCD 用　（630nm）	1 式	438,000円
3700033	WSL-1230-640 光子ユニ 450 CCD 用　（640nm）	1 式	438,000円
3700035	WSL-1230-850 光子ユニ 450 CCD 用　（850nm）	1 式	438,000円
3700040	WSL-1235-470 光子ユニ 450 PMT 用　（470nm）	1 式	438,000円
3700041	WSL-1235-530 光子ユニ 450 PMT 用　（530nm）	1 式	438,000円
3700042	WSL-1235-630 光子ユニ 450 PMT 用　（630nm）	1 式	438,000円
3700043	WSL-1235-640 光子ユニ 450 PMT 用　（640nm）	1 式	438,000円
3700045	WSL-1235-850 光子ユニ 450 PMT 用　（850nm）	1 式	438,000円
3700050	WSL-1240-470 光子ユニ 25 CCD 用　（470nm）	1 式	438,000円
3700051	WSL-1240-530 光子ユニ 25 CCD 用　（530nm）	1 式	438,000円
3700052	WSL-1240-630 光子ユニ 25 CCD 用　（630nm）	1 式	438,000円
3700053	WSL-1240-640 光子ユニ 25 CCD 用　（640nm）	1 式	438,000円
3700055	WSL-1240-850 光子ユニ 25 CCD 用　（850nm）	1 式	438,000円
3510144	光子ユニ設置アダプタ (WSL-1565/1563 用)	1 個	55,000円

基準光源の校正は別途お見積もりいたします。詳細はお問い合わせください。

ご用命は下記販売店へお問い合わせください。

$0.1=10^{-1}$	deci	d	one	tenth of
$0.01=10^{-2}$	centi	c	one	hundredth of
$0.001=10^{-3}$	milli	m	one	thousandth of
$0.000\ 001=10^{-6}$	micro	μ	one	millionth of
$0.000\ 000\ 001=10^{-9}$	nano	n	one	billionth of
$0.000\ 000\ 000\ 001=10^{-12}$	pico	p	one	trillionth of
$0.000\ 000\ 000\ 000\ 001=10^{-15}$	femto	f	one	quadrillionth of
$0.000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001=10^{-18}$	ATTO	a	one	quintillionth of

アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

主要製品
●発光・蛍光イメージングシステム
●画像解析ソフトウエア　●電気泳動装置
●電気泳動関連試薬　●ウエスタンブロット試薬
●ペリスタポンプ　●細胞培養・観察システム

■東京本社　〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2　☎(03)5827-4861(代表)　㊫(03)5827-6647
■大阪支店　〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 若杉センタービル別館 5F　☎(06)6136-1421(代表)　㊫(06)6356-3625
■技術開発センター　〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6　☎(03)5818-7560(代表)　㊫(03)5818-7563
◆メンテナンスサービスグループ　☎(03)5818-7567(代表)　㊫(03)5818-7563

■URL　https://www.atto.co.jp/　お問い合わせ　WEB会員登録の上お問い合わせフォームをご利用ください。